



OPTOMETRY EXAMINING
BOARD OF CANADA

BUREAU DES EXAMINATEURS
EN OPTOMÉTRIE DU CANADA

Instructions et guide de préparation à l'examen, ECOS d'équipement



Table des matières

1. ECOS d'équipement.....	2
Annexe A :	2
Annexe B :	3

1. ECOS d'équipement

Les stations évaluant les compétences techniques comportent un patient de même qu'un mannequin. Le candidat interagit avec un patient tout au long de la station et peut être appelé à démontrer certaines facettes de la maîtrise d'une compétence technique en interagissant le patient, alors que d'autres facettes de cette même maîtrise doivent être démontrées à l'aide d'un mannequin prévu à cet effet.

Les patients avec lesquels vous mettrez à exécution diverses techniques ont été sélectionnés pour reproduire une situation caractéristique. Cependant, les modèles oculaires disposent de lourdes paupières pour vous mettre au défi lors des manipulations. En effet, il se peut que les paupières de certains des patients que vous traiterez durant votre carrière vous posent problème.

Annexe A :

(Visionnez aussi la vidéo portant sur le déroulement de l'examen clinique objectif structuré à l'adresse www.oebc.ca)


Chaque candidat utilise le même équipement à des fins de normalisation. L'équipement d'optométrie utilisé est énuméré dans le tableau ci-dessous.

Équipement	Modèle et fabricant	Renseignements de référence
Tonomètre	Perkins MKIII	Guide de référence rapide et instructions d'utilisation du TONOMÈTRE PERKINS (en anglais seulement) https://www.haag-streit.com/fileadmin/Haag-Streit_UK/Downloads/CCO_downloads/Perkins_downloads/Perkins_quick_guide.pdf (en anglais seulement)
Casque BIO	Heine OMEGA 600	https://www.heine.com/en/products/omega-600 (en anglais seulement)
Lampe à fente	Z800	
Base de lampe à fente		
Jeu de lentilles		
Verre gonioscopique		
Rétinoscope	Heine Beta 200 NT3.5V	
Module Micro Rec		https://customsurgical.co/microrec/

Annexe B :



Photos d'équipement d'optométrie montrer à quoi s'attendre s'il y a un patient dans la station ou un modèle UNIQUEMENT

Rétinoscope



On/off switch and brightness control
Interrupteur marche/arrêt et réglage
de la luminosité


Modèle oculaire pour la
rétinoscopie



Vue rapprochée de
l'ensemble de lentilles
fournies


OPTOMETRY EXAMINING BOARD OF CANADA BUREAU DES EXAMINATEURS EN OPTOMÉTRIE DU CANADA

Ophthalmoscopie Binoculaire Indirecte (OBI)



Le candidat est observé
par l'entremise d'un miroir
d'enseignement alors qu'il
réalise une
ophtalmoscopie
binoculaire indirecte
(OBI).

Le BIO du BEOC



Vue rapprochée
du levier de
commande du
BIO

OPTOMETRY EXAMINING BOARD OF CANADA BUREAU DES EXAMINATEURS EN OPTOMÉTRIE DU CANADA

Gonioscopie

Le modèle de gonioscopie fixé sur la lampe à fente.



Le candidat peut devoir effectuer une gonioscopie sur le modèle approprié en utilisant une lentille à trois miroirs fournie. S'il le juge nécessaire pour effectuer la gonioscopie, le candidat peut toucher les paupières du modèle.



Le candidat est observé alors qu'il réalise une gonioscopie sur le patient.


Tonomètre

Perkins MKIII Tonometer



https://www.haag-streit.com/fileadmin/haag-streit/UK/Downloads/CCO_downloads/Perkins_downloads/Perkins_quick_guide.pdf

Tonomètre en action



Les candidates et les candidats utilisent régulièrement l'examen visuel de Goldman durant leur formation. Or, il est parfois impossible d'y avoir recours pour diverses raisons (p. ex., le patient présente une scoliose, l'examen est réalisé à l'hôpital ou dans une résidence, etc.). C'est pour cette raison que vous devez réaliser l'examen de Perkins lors de l'examen clinique objectif structuré. Dans le cadre de cette station, vous devez expliquer pourquoi la mesure de la pression est importante et formuler des recommandations en fonction d'une lecture précise.